

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów i testów do sterylizacji, rękawic diagnostycznych, staplerów, klipsów laparoskopowych, siatek przepuklinowych, taśm urologicznych i innych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., informujemy:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 8 taśmy urologicznej, przeznaczonej do stosowania w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową TOT i TVT, z użyciem narzędzi wielokrotnego użytku; taśma monofilamentowa, polipropylenowa, dziana, o miękkich, atraumatycznych brzegach, zaopatrzona w czarne końcówki pozwalające na dobrą widoczność w polu operacyjnym, taśma w plastikowej dwuczęściowej łatwej do usunięcia osłonce (dodatkowa sterylność, mniejsza traumatyzacja tkanek podczas implantacji, wyznaczenie środka); parametry: długość 45 cm, szer. 1,1 mm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 45 g/m², grubość taśmy 0,34 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%.

Wykonawca wraz z pierwszym zamówieniem używa komplet narzędzi wielokrotnego użytku do zakładania taśm w zależności od metody, do wyboru igły helikalne TOT, igły półkoliste – uniwersalne oraz igła łukowato wygięta do TVT.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8: 45 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Dankiewicz