



Żary, 05 maja 2019 r.

Nasz znak: SNW.ZP.371.19.1/2019

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala NA Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2. Ogłoszenie nr 556168-N-2019 z dnia 04.06.2019 roku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie:

W rozdziale II SIWZ pkt. 1 Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia (aparat RTG + ucyfrowienie) był wyprodukowany nie wcześniej niż 2007 roku.
Jednocześnie w parametrach technicznych skanera płyt obrazowych (ucyfrowienie) Lp. I – Zamawiający wymaga skanera płyt obrazowych CR rok produkcji min. 2016.
Prosimy zatem o ujednoczenie wymagania poprzez dopuszczenie skanera wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2007 roku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza skaner płyt obrazowych CR rok produkcji min. 2007 oraz dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Danilewicz

Sprawę prowadzi
Jerzy Chomik
Szpital Na Wyspie Sp. o.o.
68-200 Żary, ul. Pszenna 2
Tel. 68 475 56 15

Żary, 05 maja 2019 r.

Nasz znak: SNW.ZP.371.19.1/2019

ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analogowego aparatu RTG z ucyfrowieniem na potrzeby Szpitala NA Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2. Ogłoszenie nr 556168-N-2019 z dnia 04.06.2019 roku.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W rozdziale II SIWZ załącznik nr 4 – zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych, skaner płyt obrazowych, pkt. 1:

Jest

„Używany skaner do płyt obrazowych CR rok produkcji min. 2016”

Winno być:

„Używany skaner do płyt obrazowych CR rok produkcji min. 2007”

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę przy sporządzaniu oferty.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

PREZES Zarządu
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz

Sprawę prowadzi
Jerzy Chomik
Szpital Na Wyspie Sp. o.o.
68-200 Żary, ul. Pszenna 2
Tel. 68 475 56 15