

Żary, 21 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: SNW/ZP-371-50/2018

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Dzierżawa spiralnego tomografu komputerowego oraz strzykawki automatycznej do podawania kontrastu wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. **Rozdziału II Załącznik nr 6 Zestawienie minimalnych parametrów wymaganych – pkt. VI Stacja opisowa ppkt. 46.**

Było:

46	Licencje: Preprocessing / AutoLaunch AW RemoteAccess Dentascan Plus Volume Viewer VessellQ Xpress Colon VCAR Lung VCAR CardIQ Xpress 2.0 Elite AutoBone Xpress Reporting Tool	TAK bez limitu		Bez oceny
----	---	-------------------	--	-----------

Winno być::

46	Licencje: Oprogramowanie do automatycznego przetwarzania otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. Oprogramowanie do zdalnego dostępu do konsoli lekarskiej umożliwiający przejęcie kontroli nad stacją i zdalne wykorzystanie oprogramowania stacji. Oprogramowanie do planowania zabiegów stomatologicznych.	TAK bez limitu		Bez oceny
----	---	-------------------	--	-----------

Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D, MPR, MIP, SSD oraz przeprowadzania pomiarów geometrycznych i analitycznych

Oprogramowanie do analizy naczyniowej umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej

Oprogramowanie do kolonoskopii TK umożliwiające pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, wirtualną dysekcję jelita grubego z automatyczną segmentacją okrężnicy i ekstrakcją jelita cienkiego, automatyczną korelacją obrazów z wnętrza jelita z badania pacjenta ułożonego na brzuchu i na plecach oraz funkcją wykrywania polipów.

Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych z tkanek otaczających (guzków) z automatyczną oceną wielkości i ewolucji zmian w czasie, automatyczną klasyfikacją zmian i rozróżnianiem charakteru guzka (lity, nielity, częściowo lity).

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy.

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego umożliwiające trójwymiarową prezentację układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **28.12.2018** r. do godz. 12⁰⁰, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **28.12.2018** r. o godz. 12¹⁵.

Załączniki:

1. Rozdział II Załącznik nr 6 po modyfikacji,

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem


PREZESZCZĄDU
Szpital Na ... Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz