

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Dotyczy **Zadania nr 1 B poz. 30, 32** Czy Zamawiający ma na myśli pozycję 30-32 czy tylko poz. 30 i 32?
Odp. Zamawiający miał na myśli pozycję 30-32.
2. Dotyczy **Zadania nr 1, poz. 1-33** Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?
Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmowana folią i czytelnie opisane.
3. Dotyczy **Zadania nr 1, poz. 32** Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
4. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów?
 - **poz. nr 1-29:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z kopolimeru glikolidu 90% i L-laktydu 10%, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu 50%, Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia 50%, podtrzymywanie tkankowe 50-40% w 21 dniu. Całkowita absorbcja w terminie 56-70 dni
 - **poz. 30-32:** Syntetyczny szew pleciony wykonany z Poliglaktyny 910(kopolimer 90% glikolidu i 10% L-Laktydu) powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia zachowujący 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach, 0% po dniach 10-14. Całkowity czas absorbcji 42 dni. Sterylizowany promieniami gamma.
 - poz. nr 1,2,4-10,12,14,17,30,31: tolerancja dł. nici 70-90 cm
 - poz. nr 32: tolerancja dł. nici 40-70 cm
 - poz. nr 33: igła 26 mm, okrągła, dł nici. 70-75 cmOdp. Zamawiający dopuszcza.
5. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów?
 - poz. nr 5: tolerancja wielkości igły 35-39 mm
 - poz. nr 9-14: szew wykonany z polipropylenu i polietylenuOdp. Zamawiający dopuszcza.
6. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów chirurgicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów?
 - poz. nr 1-7: podtrzymywanie tkankowe na poziomie 90% w 14-tym dniu, 50-70% w dniach 28-35.
 - poz. nr 7: tolerancja wielkości igły: 48-60 mm(pozostałe parametry bez zmian)Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. **Zadanie nr 2, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
8. **Zadanie nr 2, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
9. **Zadanie nr 2, pozycja 9-11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych bez „wzmocnienia” przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10. **Zadanie nr 2, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
11. **Zadanie nr 2, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 26mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
12. **Zadanie nr 2, pozycja 13-14** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
13. **Zadanie nr 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu ok. 70% po 28 dniach i ok. 50% po 42 dniach od zaimplantowania?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
14. **Zadanie nr 4, pozycja 1 – 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
15. **Zadanie nr 4, pozycja 5-6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
16. **Zadanie nr 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.


URZĘDNIK ZARZĄDU
Krzysztof Hałajda Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz