

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Zakup oraz dostawa sprzętu medycznego na potrzeby projektu pn. „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubuska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego” do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2”, informujemy:

Pytanie 1 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta uniesienia oparcia ud 34°?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel pielęgniarstwa nakładany na szczyt od strony nóg pacjenta, stabilnie i ściśle przylegający do szczytu?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 3 Dotyczy Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym wyjęciem szczytów? W oferowanym łóżku szczyty osadzone są w bezpieczny sposób bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia w postaci zatrzasków lub dźwigni.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 4 Dotyczy Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści producenta sprzętu medycznego z certyfikatem ISO 13485:2012 i 9001:2008?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 7 Dotyczy Zadania nr 3 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

Ad. 2 – Pulsoksymetr z możliwością wydruku na drukarce zewnętrznej,

Ad. 6 – Dwa niezależne wyświetlacze LCD prezentujące: wartości numeryczne pulsu i SPO2, słupek indeksu perfuzji, wskaźnik alarmu, słupek jakości sygnału,

Ad. 7 – Wbudowana bateria działająca do 7 godzin bez zasilania sieciowego. Bateria kwasowo-olowiowa,

Ad. 10 – Podstawa pulsoksymetru bez możliwości ustawienia pulsoksymetru pod kątem,

Ad. 11 – Piulsoksymetr bez możliwości montażu na wózku,

Ad. 16 – Wyposażenie: Czujnik SPO2 dla dorosłych, kabel zasilający

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 8 Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Prosimy o wykreślenie pkt. 4 d) Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów / elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego

użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowanej interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do 5 dni w dni robocze. (§4 ust. 6 projektu umowy oraz pkt. 6 załącznika nr 20)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? (§4 ust. 7 projektu umowy oraz pkt. 7 załącznika nr 20)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zatopiona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka pośrednio za pomocą konstrukcji rurowej?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści producenta sprzętu medycznego z certyfikatami ISO 13485:2012 i 9001:2009 i 14001:2005?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa poliuretanowego, co nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 15 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża, oparcia pleców i segmentów uda?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści łóżko, w którym funkcję elektryczne realizowane są za pomocą pilota przewodowego oraz panelu centralnego umiejscowionego od strony nóg pacjenta (można go zawiesić na szczytce)?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dźwigni blokującej szczyty? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 19 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi nie wspomagającymi sprężyna gazową?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi poniżej poziomu materaca?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 21 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą centralną kół znajdującą się przy kołach od strony nóg pacjenta?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materace o parametrach równoważnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 1 Co Zamawiający miał na myśli przez zapis materac 4 komorowy?

Odp. Materac podzielony na cztery segmenty.

Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem pod leżem, w centralnej części łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zwalnianymi przy udziale 2 rąk?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 28 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką odedmowaną wykonaną z pręta o średnicy 4 mm

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 30 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami z tworzywa ABS mocowanymi na stałe?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 31 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją elektryczną realizowaną za pomocą pilota przewodowego, zamiast paneli wbudowanych w barierki boczne?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 32 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami nie poruszającymi się z leżem przy zmianie regulacji kąta uniesienia oparcia pleców oraz nóg?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 33 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami poruszającymi wraz z leżem przy zmianie wysokości leża?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 34 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w tuleje do mocowania szczytów bez możliwości zabezpieczenia przez wypadnięciem, rozwiązanie to jest bezpieczne poprzez głębokie osadzenie w gniazdach i nie powoduje wypadnięcia elementów z tulei.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 35 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi bez mechanizmu wolnego opadania wspomaganym sprężyna gazową?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 37 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami jednoczęściowymi zwalnianymi za pomocą jednej ręki, opuszczane do poziomemu leża?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 38 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z funkcją Autokontur oraz z funkcją CPR pozwalająca na szybki sposób na powrót do pozycji reanimacyjnej, realizowane za pomocą przycisku na panelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z trzech profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac jednokomorowy dopasowany do leża?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 41 Dotyczy Zadania nr 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające certyfikatu EN ISO 14971:2009?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 Dotyczy Zadania nr 2 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyprodukowany w listopadzie 2015r.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 Dotyczy Zadania nr 2 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 310mm x 163 mm x 285 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 Dotyczy Zadania nr 2 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z papierem o szerokości 50 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z bez dodatku żywicy utwardzającej lakier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości bez materaca na poziomie 320-760mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie kąt uniesienia oparcia pleców 62°? Nasze rozwiązanie spełnia wszystkie kliniczne aspekty ułożeniowe pacjentów, a wyższe parametry uniesienia pleców mogą spowodować urazy w okolicach podbrzusza.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie kąt uniesienia oparcia nóg:20°. Nasze rozwiązanie spełnia wszystkie kliniczne aspekty ułożeniowe pacjentów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt.11 Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie tylko szczyt nóg porusza się wraz z leżem a od strony głowy jest statyczny? Nasze rozwiązanie spełnia wymogi bezpieczeństwa wymagane przez najnowszą normę IEC60601-2-52.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 50 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt.12a. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które zamiast wbudowanego od strony nóg panelu pielęgnarskiego z ilustracjami obrazującymi każdą pozycję będzie dostarczony dodatkowy przewodowy pilot?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 51 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt.24 Czy Zamawiający wymaga aby producent materaca potwierdził przeciwdziałanie odleżynom do stopnia 2, odpowiednim dokumentem w postaci mapy rozłożenia ciężaru ciała na materacu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt.24 Czy Zamawiający dopuści materac, który nie ma wydzielonych widocznych stref, tylko na całej długości ma specjalne nacięcia, dostosowujące się do masy i wielkości pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem pkt.27 Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym, bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie : 250 kg? Nasze rozwiązanie jest o wiele lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem. Czy Zamawiający wymaga aby materac spełniał normy przeciwpożarowe wg. normy: System MR zgodny z normą BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995 i BS 6807: 1996, część 2, Źródła zapłonu 0,1 i 5. Materace kładzione na materac bazowy zgodne z normą BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995 i BS 6807: 1996, część 2, Źródła zapłonu 0,1 i 5 w pozycji górnej

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 Dotyczy Łóżko szpitalne z materacem. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko spełniało normę europejską IEC60601-2-52, która mówi o przeciwdziałaniu możliwości zakleszczenia się głowy pacjenta między barierkami a ramą leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Wiesław Olszański