

Żary, dnia 2 października 2019 r.

Nasz znak: SNW.ZP-371-36-2019

WYJAŚNIENIA

TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

W związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1, dot. – Kardiomonitor:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym nie krótszym niż 2 godziny? Do zasilania akumulatorowego oferowanego kardiomonitora zostały wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co przekłada się na ich bardzo długą żywotność, a wymiany może dokonać nawet niewykwalifikowany pracownik. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.

Wyjaśnienie

Zgodnie w zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 2, dot. – Kardiomonitor:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu wycieszenia alarmów odpowiednio 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15 min oraz do następnego wydarzenia?

Wyjaśnienie

Zgodnie w zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 3, dot. – Kardiomonitor:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI do podłączenia monitora kopiującego? Oferowany przez nas kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI oferuje przesył obrazu do drugiego ekranu na dwa sposoby: jako ekran kopiujący oraz jako drugi całkowicie niezależny ekran. Zastosowanie rozwiązania z niezależnym ekranem umożliwia wyświetlanie dodatkowych parametrów i informacji niezależnie od tego co wyświetlane jest na ekranie kardiomonitora. Ponadto możemy państwu zaoferować adapter umożliwiający podłączenie ekranu z wyjściem VGA do złącza HDMI.

Wyjaśnienie

Zgodnie w zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 4, dot. – Kardiomonitor:

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o-moduł ciśnienia krwawego IBP (2 lub 4 kanały), moduł 12 kanałowego EKG, moduł kapnografii CO₂, moduł pomiaru głębokości znieczulenia BIS, moduł zwiotczenia mięśniowego NMT, moduł nieinwazyjnego rzutu serca ICG, moduł rzutu serca metodą termodylucji CO, moduł gazów anestetycznych, drukarkę termiczną(wydruk 3 krzywych)?

Wyjaśnienie

Zgodnie w zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wesołej Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz