Szpital Na Wyspie

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2, 68-200 Żary
tel.: +48 68 47 57 600
fax: +48 68 47 57 700
e-mail: info@szpitalnawyspie.pl
www.szpitalnawyspie.pl

REGON: 977947094
NIP: 928-18-52-023
KRS: 0000080318
RPWDL: 000000004200
Kod świad.: 102395

Żary, 8 sierpnia 2018 r.

Nr sprawy SNW/ZP-371-29/2018

WYJAŚNIENIA - 2

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia „Zakup ratalny sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2", informujemy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do krioterapii miejscowej – Zadanie nr 1 o poniższych parametrach :
   Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem
   Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz
   Specjalna „tuba" do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.
   Zbiornik o pojemności 30 litrów
   Gotowe programy terapeutyczne
   Czynnik roboczy – ciekły azot
   Temperatura strumienia gazu : -160 stopni
   Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5
   Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła) - w zależności o intensywności nadmuchu
   Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min)
   Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund
   Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury
   Zasilanie: 230 V (+/- 5%)
   Wymiary (dł. x szer. x wys.) 642 x 1175 x 460 mm ?
   Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość ani skuteczność zabiegu.

   Odp. Zamawiający dopuszcza, w tym przypadku prosimy o wycenę dwóch zbiorników o pojemności 30 litrów do ciekłego azoty, gdyż zaproponowany aparat nie będzie kompatybilny z butlami będącymi w posiadaniu zamawiającego.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa- Zadanie nr 2 o poniższych parametrach :
   Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa
   Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym.
   Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego. Zamknięte dno z sześcioma, regulowanymi na wysokość nogami.

Urządzenie posiada minimum 14 dysz na ścianach wanny o regulowanym kierunku z podziałem na minimum 3 niezależne strefy masażu (stopy i podudzia, kolana i uda, biodra i kręgosłup)
Możliwość kombinowanej pracy sekcji dysz (min. 7 kombinacji)
Wyposażenie:
- masaż perełkowy 55 dysz,
- chromoterapia,
- system dezynfekcji,
- prysznic ręczny,
- bezwylewkowy system napełniania wody,
- odpływ automatyczny sterowany elektronicznie,
- schodki ułatwiające wejście do wanny
- zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Kolorowy, dotykowy, obrotowy panel sterujący (o wielkości minimum 7 cali) umożliwiający:
- włączenie urządzenia,
- napełnianie wody do żądanego poziomu: 2 poziomy,
- ustawienie czasu zabiegu,
- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu,
- zapis minimum 100 programów zabiegowych,
Chromoterapia:
- min. 20 wielokomorowych diod rozmieszczonych na całej powierzchni wanny,
- elektroniczny panel do chromoterapii (emisja min. 7 barw podstawowych oraz barw pochodnych).
Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50Hz, 1,1kW
Regulowana wysokość nóg
Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody:
I poziom 80 litrów
II poziom 210 litrów
WYMIARY WANNY
- Długość: 1540mm
- Szerokość: 870mm
- Wysokość: 1070mm
Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rotora rehabilitacyjnego z biofeedbackiem- Zadanie nr 3 o poniższych parametrach :
Rotor elektryczny do treningu pasywnego, aktywnego i wspomagającego-równoczesnego kończyn górnych i kończyn dolnych
Regulowana podstawa ułatwiająca ustawienie urządzenia dla potrzeb indywidualnego użytkownika
Metalowa konstrukcja zapewniająca stabilność i trwałość
Możliwość prowadzenia treningu ze zmianą jego kierunku (pasywnego, aktywnego i wspomagającego)
Możliwość treningu równoczesnego (pasywnego, aktywnego i wspomagającego dla kkd i kkg)
Ekran kolorowy dotykowy o wymiarze 12,1" cali - dający możliwość ustawienia pochylenia ekranu
Możliwość wczytywania uaktualnionych informacji z pendriev'a
Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym
Rozpoznawanie spastyczności oddzielnie kończyn górnych i dolnych podczas treningu równoczesnego
Wyświetlane wartości treningowe podczas treningu: Czas treningu (w minutach), odległość (w km), prędkość i obroty/minutę
Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V
Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę.
Waga 2,90 kg
Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie.
Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do ćwiczeń biernych kończyn dolnych - Zadanie nr 5 o poniższych parametrach :

Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej pozwalającej na:

- prowadzenie ćwiczeń następujących stawów kończyny dolnej: st. biodrowego, st. kolanowego oraz st. skokowego;
- prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach.

Ponad to pacjent może ćwiczyć w pozycji siedząc lub leżąc przy pełnej stabilności urządzenia zapewniająca poczucie bezpieczeństwa u pacjenta;

Wyposażenie :

- karta pamięci pozwalająca na zapisanie danych dotyczących programu ćwiczeń indywidualnego pacjenta;
- różnorodne modele urządzenia pozwalają zaspokoić wymagania każdego klienta.
- funkcja rozgrzewki „Warm-up", która przed rozpoczęciem właściwej sesji ćwiczeń aplikuje serię ćwiczeń w mniejszym zakresie ruchu celem rozgrzania stawu ćwiczonej okolicy.
- Programowalny pilot

Wskazania do stosowania FISIOTEK 3000 w rehabilitacji:

- po złamaniach w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach z zespoleniem kości;
- po unieruchomieniach w następstwie uszkodzeń torebki stawowej, struktur okołostawowych (błony maziowej, kaletek) stawu kolanowego i biodrowego;
- zwapnień okołostawowych;
- po operacjach lub zabiegach plastycznych łękotek st. kolanowego;
- zapaleń ścięgien stawów kończyny dolnej;
- zrostów torebki stawowej;
- hypermobilności stawowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie roweru stacjonarnego - Zadanie nr 6 o poniższych parametrach :

Urządzenia treningowe Keiser to linia urządzeń, które od lat z powodzeniem wykorzystywane są w rehabilitacji i treningu sportowców. Jest to również linia najczęściej testowanych urządzeń – na ich podstawie powstało ponad 60 różnego rodzaju badań

- Wygodnie wypofilowane, podwójne uchwyty
- Regulowane w dwóch płaszczyznach siedzisko
- Regulowane pedały Shimano™ z paskiem antypoślizgowym
- Nowatorski opór magnetyczny
- Łatwa instalacja
- Cicha praca
- Regulacja oporu (1-24)
- Szybka kalibracja
- Możliwość podłączenia do komputera
- Pomiar tętna za pomocą pasa polar
- System pedałów zatrzaskowych (SPD)

Pomiar w czasie rzeczywistym:

- obroty na minutę (RPM)
- czas pedałowania
- przebyty dystans
- moc (w Watach)
- spalane kalorie

Dane techniczne:

Regulowane siedzisko

Regulowane pedały typu z paskiem antypoślizgowym

Regulacja oporu (1-24)

Możliwość pomiaru tętna za pomocą pasa do klatki piersiowej

Wysokość: 114 cm, Szerokość: 66 cm
waga użytkownika 136 kg
Waga 36 kg
Waga koła 4 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz